


Интерно правило одлучивања у лабораторији за испитивање пестицида и вештачких ђубрива

Правило одлучивања у лабораторији за испитивање пестицида и вештачких ђубрива изведено је на основу смерница датих у документу JCGM 106:2012.

Правило одлучивања дефинисано овим документом се примењује у свим случајевима када клијент захтева изјаву о усаглашености.

Ако је правило садржано у захтеваној спецификацији, одговарајућем правилнику или стандарду, а клијент захтева изјаву о усаглашености, примениће се правило садржано у захтеваној спецификацији, одговарајућем правилнику или стандарду.



Слика 1. Шематски приказ правила одлучивања (изјава о усаглашености се даје узимајући у обзир податак о проширеној мерној несигурности).

Случај 1 и случај 2: Ако је резултат мерења и резултат мерења плус/минус проширена мерна несигурност у границама, или на горњој/доњој граници спецификације, текст изјаве о усаглашености гласи:

На основу добијених резултата физичке и хемијске особине су у сагласности са декларисаним особинама/захтевима прописаним у одговарајућем правилнику/спецификацији производа и сл.

Случај 3: Ако је резултат мерења је у прописаним границама, а резултат мерења плус/минус проширена мерна несигурност прелази прописане граничне вредности, текст изјаве о усаглашености гласи:

На основу добијених резултата физичке и хемијске особине су у сагласности са декларисаним особинама/захтевима прописаним у одговарајућем правилнику/спецификацији производа и сл.

(напомена: усаглашеност се не може потврдити са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност, за „одређену особину“, односно постоји вероватноћа да се резултат нађе и изван прописаних граница).

Случај 4: Ако је резултат мерења изван прописаних граница, а резултат мерења плус/минус проширена мерна несигурности улази у опсег граничних вредности, текст изјаве о усаглашености гласи:

На основу добијених резултата физичке и хемијске особине нису у сагласности са декларисаним особинама/захтевима прописаним у одговарајућем правилнику/спецификацији производа и сл. (напомена: неусаглашеност се не може потврдити са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност, за „одређену особину“, односно постоји вероватноћа да се резултат нађе и унутар прописаних граница).

Случај 5: Ако је резултат мерења и резултат мерења плус/минус проширена мерна несигурности изван прописаних граница, текст изјаве о усаглашености гласи:

На основу добијених резултата физичке и хемијске особине нису у сагласности са декларисаним особинама/захтевима прописаним у одговарајућем правилнику/спецификацији производа и сл.

датум доношења

руководилац лабораторије

01.12.2020.

